

# МАКСИМЕД

Исх. № 11-1406  
От 11.06.2014 г.

В Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Пензенской области  
Адрес: 440000 г.Пенза ул.Урицкого, 127  
Телефон/факс: (8412) 55-14-02, Факс: (8412) 52-03-70  
E-mail: [to58@fas.gov.ru](mailto:to58@fas.gov.ru)

Государственный заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ПЕНЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"

Адрес: 440028, ПЕНЗЕНСКАЯ, ПЕНЗА, ПОБЕДЫ, дом 122  
Тел.: 7-8412-443463,  
факс: 7-8412-443463

e-mail: [555antonina2011@mail.ru](mailto:555antonina2011@mail.ru)

Контрактное лицо: Ермашова Галина Сергеевна

*Путузовой Т.В.  
г.п. Пенза - 4  
11.06.14*  
*Журавевой С.А.  
г.п. Пенза - 4  
11.06.14*  
*Горашевой Г.В.  
г.п. Пенза - 4  
11.06.14*  
*ЖАДОБА*

НА ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
КОНТРАКТА

Способ размещения: Открытый аукцион в электронной форме  
Извещение № 31401192342 от 27.05.2014

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 17.06.2014 в 09:00

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу: <http://utp.sberbank-ast.ru/Trade>

Государственный заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"

Адрес: 440028, ПЕНЗЕНСКАЯ, ПЕНЗА, ПОБЕДЫ, дом 122

Тел.: 7-8412-443463

факс: 7-8412-443463

Участник размещения заказа (Заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью «МаксиМед»

Юридический адрес: 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Заводская, д. 7, п. 23

Почтовый адрес: 141700, г. Долгопрудный, Московской обл. а/я 53

1037-7 от 11.06.14

телефон/факс: (499) 501-15-82

Электронная почта: maxi-med@bk.ru

**Предмет жалобы:**

Обжалование незаконных действий Заказчика при проведении открытого аукциона.

**Доводы жалобы:**

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи. При наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и размещенного до начала года в единой информационной системе, данное учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с соблюдением требований указанных Федерального закона и правового акта закупки, в том числе, за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию). Аналогичные содержит нормы Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

В соответствии с положениями Правил финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. N 1233 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования перечисляет средства межбюджетных трансфертов в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации ежемесячно. Территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации в свою очередь перечисляют медицинским организациям средства на оплату счетов за оказанные услуги.

Таким образом, средства родовых сертификатов являются средствами, полученными на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, а, следовательно, не могут расходоваться в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Учитывая вышеуказанное, считаем, что при объявлении электронного аукциона Заказчиком было допущено нарушение при определении основания проведения аукциона.

Учитывая, что аукцион должен быть проведен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", прошу обратить внимание на следующие нарушения.

В соответствии с п. 3 ст. 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена настоящим Федеральным законом. В

Нарушение указанного пункта, формулировки и параметры требований технического задания однозначно указывают на модель Accuvix XG, производства компании Samsung Medison. Несмотря на то, что некоторые технические параметры можно найти в моделях других производителей, по совокупности требований данному техническому заданию соответствует только это оборудование.

Информация о данном аппарате доступна на официальном сайте производителя по следующим адресам:

[http://www.medison.ru/eqp\\_ul/xg/](http://www.medison.ru/eqp_ul/xg/)

[http://www.medison.ru/tn/volume\\_nt.htm](http://www.medison.ru/tn/volume_nt.htm)

Учитывая вышеизложенное, просим внести соответствующие изменения в указанные пункты технического задания:

Описание функций в действующей редакции технического задания	Наличие функции или предлагаемая величина параметра в действующей редакции технического задания	Комментарии и предложения по внесению изменений в техническое задание
Частота кадров системы не менее 900 в секунду	Наличие	<p>У большинства ведущих производителей ультразвуковых систем данный параметр составляет 800 кадров в секунду (Toshiba, Hitachi, GE, Esaote, Philips, многие модели Samsung Medison и т.п.). Данное требование ограничивает количество участников.</p> <p>Просим внести изменения в следующей редакции: «Частота кадров системы не менее 800 в секунду - <b>Наличие</b>»</p>
Возможность работы сенсорной панели в режиме клавиатуры	Наличие	<p>Ультразвуковых системы многих ведущих производителей аппараты оснащены полноценной русифицированной панелью управления с полноразмерной клавиатурой. Требование технического задания является избыточным и не влияет на диагностическую ценность системы и качество визуализации.</p> <p>Просим удалить данный пункт.</p>
Переконфигурация сенсорной панели с индивидуальным программированием и выводом на нее клавиш быстрого доступа для акушерских измерений	Наличие	<p>Ультразвуковые системы многих ведущих производителей аппараты оснащены полноценной русифицированной панелью управления с полноразмерной клавиатурой и клавишами быстрого ввода. Требование технического задания является избыточным и не влияет на диагностическую ценность системы и качество визуализации.</p> <p>Просим удалить данный пункт.</p>
Максимальное количество объемов в секунду в режиме 3D Live - не менее 50	Наличие	<p>Данный параметр практически невозможно достоверно проверить при приемке товара. Большинство производителей ультразвуковых систем заявляет в технических характеристиках 40-45 объемов в секунду при трехмерной визуализации в режиме реального времени. Разница <math>\pm 10</math> объемов в секунду практически никак не влияет на качество и время получения 4D изображения.</p> <p>Просим внести изменения в следующей редакции: «Максимальное количество объемов в секунду в режиме</p>

<p>Программа автоматического измерения воротникового и интракраниального пространства на основании автоматического выбора прибором срединно-сагитальной плоскости из трехмерного изображения в соответствии с требованиями FMF (фонд медицины плода)</p>	<p>Наличие</p>	<p>трехмерного сканирования в реальном времени - не менее 40»</p> <p>Применение описанного в технических требованиях метода требует специальных навыков оператора: необходимо правильно позиционировать датчик; нужно, чтобы положение плода было удобным для проведения измерений - на что может понадобиться много времени. Таким образом, данный метод является операторозависимым и снижает пропускную способность лечебного учреждения.</p> <p>При этом многие ведущие производители ультразвуковых сканеров имеют программу полуавтоматического (Esaote) или ручного (Toshiba, Hitachi, Mindray и т.д.) измерения воротникового и интракраниального пространства.</p> <p>Просим внести изменения в следующей редакции: «Программа измерения воротникового и интракраниального пространства - Наличие»</p>
--	----------------	---

Наша компания является поставщиком ряда производителей ультразвуковых аппаратов, которые по своим техническим характеристикам не уступают аппаратам производства Samsung Medison, однако не могут быть поставлены в рамках настоящего технического задания, ограничивающего круг участников закупки.

ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусматривает ряд методов, которые могут быть использованы для формирования начальной, максимальной цены контракта. При этом в качестве основного метода указан метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Однако в Документации электронного аукциона указана только цена, но не указан порядок определения начальной максимальной цены и даже метод, которым проводилось определение начальной максимальной цены.

Учитывая вышеуказанное, руководствуясь ст. 22, 33, 105 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Прошу:

- 1) приостановить размещение заказа;
- 2) обязать Заказчика внести изменения в документацию электронного аукциона.

Приложение:

- 1) распечатки с официального сайта производителя Samsung Medison  
[http://www.medison.ru/eqp\\_ul/xg/](http://www.medison.ru/eqp_ul/xg/)  
[http://www.medison.ru/tn/volume\\_nt.htm](http://www.medison.ru/tn/volume_nt.htm)
- 2) решение о назначении генерального директора

Генеральный директор

Сапрыкин М.С.